

**CE Registration No.: 60024385**

## **ELDOR CSEN**

P.O.Box 27476, Jerusalem 91273, Israel  
Tel: 972-2-5835528; Fax: 972-2-5835744; <http://www.csen.com/anesthesia>

### **Kit Combinato Spinale - Epidurale di Eldor**

#### **Kit Combinato Spinale - Epidurale di Eldor composto da**

- Ago Combinato spinale - epidurale 18G/20G, condotto spinale saldato al laser, 120 mm,
- Ago spinale di Eldor 25G, 125 mm,
- Catetere Epidurale di Eldor 20G, L 90 cm,  
6 fori laterali, terminale chiuso,
- Adattatore Tuohy – Borst,
- Filtro del Catetere Epidurale liscio 0.2 µm,
- Filo guida di aiuto,
- LOR (a perdita di resistenza) siringa di plastica 6 ml.
- Tubo di caduta di Eldor pensile

Solo per uso singolo - Non risterilizzare  
Sterile se la confezione è chiusa e non danneggiata  
Sterile EO

Prodotto da Z.S. Medical Device Co., Ltd.  
No. 168, Zhenxing Road, Jiaxing, Zhejiang, China 314001 CE 0197

CSEN 7

Mandatario (e distributore in Italia) : Chirmedical SNC, Viale Reg. Margherita 69  
98121 Messina (ME), Italia, Tel. : +39 09047200, Fax : +39 09053997